



### FORMES ET PRÉSENTATIONS

Crème et compresse stérile imprégnée d'acide hyaluronique et de sulfadiazine argentique.

Crème : Tube de 100 g ou de 25 g.

Compresse : Boîte de 10 ou de 3 (10 cm x 10 cm).

### COMPOSITION

*ialuset<sup>®</sup> PLUS Crème* : Acide hyaluronique (sel sodique) (0.2%), sulfadiazine argentique (1%), autres composants: decylester d'acide oléique, alcool cétéarylique et laurylsulfate de sodium, macrogol, sorbitol, glycérol, eau.

*ialuset<sup>®</sup> PLUS Compresse* : Compresse stérile imprégnée de crème d'acide hyaluronique (sel sodique) 0.05%, de sulfadiazine argentique (1%), autres composants : macrogol, glycérol, eau.

### PROPRIÉTÉS

L'acide hyaluronique est le composant principal de la substance fondamentale du derme. Il agit à toutes les phases du processus de cicatrisation. Il accélère la cicatrisation et la réépithélialisation des lésions cutanées.

Son pouvoir hygroscopique maintient un environnement humide favorable au processus de régénération tissulaire.

La sulfadiazine argentique est un composé qui possède une activité antibactérienne marquée, essentiellement sur les bactéries Gram(-).

### INDICATIONS

*ialuset<sup>®</sup> PLUS* est un cicatrisant des plaies infectées et des brûlures, des affections dermatologiques primitivement bactériennes ou susceptibles de se surinfecter.

### MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

**Crème** : Après avoir effectué les soins de nettoyage habituels, appliquer la crème directement sur la plaie préalablement nettoyée et désinfectée en couche de 2 à 3 mm d'épaisseur environ ou bien déposer la crème sur une gaze stérile que l'on applique ensuite sur la plaie. La crème est recouverte d'une gaze stérile et l'ensemble peut être maintenu à l'aide d'un bandage approprié. Avant de renouveler les applications, il est recommandé de nettoyer la plaie au sérum physiologique. La fréquence de renouvellement est de 1 application par jour de la phase de bourgeonnement jusqu'à complète cicatrisation. La crème peut être éliminée par simple lavage. L'évolution de la cicatrisation de votre plaie ou brûlure reste à l'entière appréciation de votre médecin.

**Compresse** : Après avoir retiré les 2 films protecteurs, la compresse est appliquée sur la plaie préalablement nettoyée et désinfectée. La compresse est ensuite recouverte d'une gaze stérile puis d'une ouate. L'ensemble du pansement est maintenu à l'aide d'un bandage approprié.

Avant de renouveler les applications, il est recommandé de nettoyer la plaie au sérum physiologique.

La fréquence de renouvellement est de 1 application par jour de la phase de bourgeonnement jusqu'à complète cicatrisation.

L'évolution de la cicatrisation de votre plaie ou brûlure reste à l'entière appréciation de votre médecin.

## **EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS**

Dans de très rares cas, des réactions locales d'hypersensibilité de type eczéma ont été observées.

## **CONTRE-INDICATIONS**

Sensibilisation connue aux sulfamides, générale ou locale (eczéma de contact).

Allergie à l'un des constituants.

En raison de données limitées chez l'Homme, l'emploi de ialuset® PLUS n'est pas conseillé chez la femme en fin de grossesse ou allaitante, ni chez le nouveau-né et le prématuré.

**NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.**

## **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Respecter les méthodes de nettoyage et de désinfection des brûlures et des plaies, ainsi que de leurs pourtours.
- Eviter d'exposer les parties du corps traitées par ialuset® PLUS à une lumière vive (risque de photosensibilisation).
- Chez les sujets souffrant d'une insuffisance rénale ou hépatique, éviter l'application de la crème sur les plaies ouvertes.
- Crème : Bien refermer le tube après chaque utilisation. Ne pas appliquer l'embout du tube directement sur la plaie.
- Compresse stérile à usage unique (Stérilisée aux rayons Beta) : ne pas réutiliser pour éviter tout risque de contamination. Ne pas utiliser si l'emballage unitaire est endommagé.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas avaler.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## **CONSERVATION**

**NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.**

Ce dispositif médical doit être conservé à une température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière.

Année d'apposition du Marquage CE : 2000.

Date de révision de la notice : Avril 2012.

**CE** 0344

**STERILE R**

